

書籍名 「医療ガスハンドリングマニュアル」 正誤表

編集者 小川龍

2008年2月現在

| 訂正箇所 | 誤 | 正 |
|-----------|--------|-------|
| p.304 1行目 | 4.0℃以下 | 40℃以下 |